

ICS 65.020.30

B 44



中国实验动物学会团体标准

T/CALAS 50—2017

实验动物 呼肠孤病毒 III 型 PCR 检测方法

Laboratory animal - PCR method for detection of Reovirus types 3

2017-12-29 发布

2018-01-01 实施

中国实验动物学会 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则编写。

本标准附录为规范性附录。

本标准由中国实验动物学会归口。

本标准由全国实验动物标准化技术委员会（SAC/TC281）技术审查。

本标准由中国实验动物学会实验动物标准化专业委员会提出并组织起草。

本标准主要起草单位：广东省实验动物监测所。

本标准主要起草人：王静、袁文、黄韧、张钰、吴瑞可。

实验动物 呼肠孤病毒 III 型 PCR 检测方法

1 范围

本标准规定了呼肠孤病毒 III 型普通 RT-PCR 和实时荧光 RT-PCR 检测方法。

本标准适用于实验动物怀疑本病发生，实验动物接种物、实验动物环境和动物源性生物制品中呼肠孤病毒 III 型核酸检测。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 14926.25—2001 《实验动物呼肠孤病毒 III 型检测方法》

GB 19489 《实验室 生物安全通用要求》

GB/T 19495.2 《转基因产品检测 实验室技术要求》

3 术语、定义和缩略语

3.1 术语和定义

下列术语和定义适合于本标准。

3.1.1

聚合酶链反应 **polymerase chain reaction, PCR**

体外酶催化合成特异 DNA 片段的方法：模板 DNA 先经高温变性成为单链，在 DNA 聚合酶作用和适宜的反应条件下，根据模板序列设计的两条引物分别与模板 DNA 两条链上相应的一段互补序列发生退火而相互结合，接着在 DNA 聚合酶的作用下以四种 dNTP 为底物，使引物得以延伸，然后不断重复变性、退火和延伸这一循环，使欲扩增的基因片段以几何倍数扩增。

3.1.2

逆转录-聚合酶链反应 **reverse transcription polymerase chain reaction, RT-PCR**

以 RNA 为模板，采用 Oligo (dT)、随机引物或特异性引物，RNA 在逆转录酶和适宜反应条件下，被逆转录成 cDNA，然后再以 cDNA 作为模板，进行 PCR 扩增。

3.1.3

实时荧光逆转录-聚合酶链反应 **real-time RT-PCR, 实时荧光 RT-PCR**

实时荧光 RT-PCR 方法是在常规 RT-PCR 的基础上，在反应体系中加入特异性荧光探针，利用荧光信号积累实时检测整个 PCR 进程，通过检测每次循环中的荧光发射信号，间接反映了 PCR 扩增的目标基因的量，最后通过扩增曲线对未知模板进行定性或定量分析。

(本标准中将“RT-PCR”称为“普通 RT-PCR”是为了与“实时荧光 RT-PCR”进行区别,避免名称混淆。)

3.1.4

Ct 值 cycle threshold

实时荧光 PCR 反应中每个反应管内的荧光信号达到设定的阈值时所经历的循环数。

3.2 缩略语

下列缩略语适用于本标准。

CPE 细胞病变效应 (cytopathic effect)

DEPC 焦碳酸二乙酯 (diethyl pyrocarbonate)

DNA 脱氧核糖核酸 (deoxyribonucleic acid)

PBS 磷酸盐缓冲液 (phosphate buffered saline)

Reo-3 呼肠孤病毒 III 型 (Reovirus types 3)

RNA 核糖核酸 (ribonucleic acid)

4 检测方法原理

呼肠孤病毒 III 型属于呼肠孤病毒科、呼肠孤病毒属,病毒粒子呈正二十面体对称,核酸为双股 RNA。实验小鼠感染呼肠孤病毒 III 型的临床症状以油性被毛效应和脂肪性下痢为特征。病理变化主要表现为肝炎、脑炎和胰腺炎,病毒可使感染动物免疫功能发生改变,严重干扰动物实验。

用合适的方法提取样本中的病毒 RNA,通过逆转录酶将病毒 RNA 逆转录成 cDNA,分别针对病毒核酸保守序列 M2 蛋白和 S3 蛋白基因设计特异的普通 RT-PCR 引物和实时荧光 RT-PCR 引物及探针序列,通过普通 PCR 和实时荧光 PCR 对 cDNA 进行扩增,根据普通 PCR 和实时荧光 PCR 检测结果判定该样本中是否含有病毒核酸成分。

5 主要设备和材料

5.1 实时荧光 PCR 仪。

5.2 PCR 仪。

5.3 电泳仪。

5.4 凝胶成像分析系统。

5.5 Nanodrop 紫外分光光度计。

5.6 高速冷冻离心机

5.7 台式离心机。

5.8 恒温孵育器。

5.9 涡旋振荡器。

5.10 组织匀浆器或手持式均质器。

5.11 生物安全柜。

5.12 PCR 工作台。

5.13 -80℃冰箱, -20℃冰箱, 2~8℃冰箱。

5.14 微量移液器 (10 μ L, 100 μ L, 1000 μ L)。

5.15 无 RNase 和 DNase 污染的离心管 (1.5 mL, 2 mL, 5 mL, 15 mL), 无 RNase 和 DNase 污染的吸头 (10 μ L, 200 μ L, 1 mL), 无 RNase 和 DNase 污染的 0.2 mL PCR 扩增反应管。

5.16 采样工具: 剪刀、镊子、注射器等。

6 试剂

除特别说明外, 所有实验用试剂均为分析纯; 实验用水为去离子水。

6.1 灭菌 PBS。见附录 A。

6.2 无 DNase/RNase 去离子水: 经 DEPC 处理的去离子水或商品无 DNase/RNase 水。见附录 A。

6.3 RNA 抽提试剂 TRIzol, 或其他等效产品。

6.4 无水乙醇。

6.5 75%乙醇 (无 DNase/RNase 去离子水配制)。

6.6 三氯甲烷 (氯仿)。

6.7 异丙醇。

6.8 逆转录试剂: PrimeScript[®] RT Reagent Kit, 也可以使用其他公司等效逆转录试剂。

6.9 普通 PCR 试剂: Premix Taq[®] Version 2.0 (Loading dye mix) 或使用其他等效试剂。

6.10 DNA 分子质量标准。

6.11 TAE 电泳缓冲液。见附录 A。

6.12 溴化乙锭: 10 mg/mL, 配制方法见附录 A; 或其他等效产品。

6.13 1.5%琼脂糖凝胶, 配制方法见附录 A。

6.14 实时荧光 PCR 试剂: Primerscript[™] RT-PCR Kit (Perfect Realtime) 或其他等效产品。

6.15 引物和探针: 根据表 1 的序列合成引物和探针, 引物和探针加无 RNase 去离子水配制成 10 μ mol/L 和 5 μ mol/L 储备液, -20℃保存。

表 1 普通 RT-PCR 扩增引物

引物名称	引物序列 (5' → 3')	产物大小/bp
正向引物	TGCAAAGATGGGGAACGC	411
反向引物	TGGTGACACTGACAGCAC	

表 2 实时荧光 RT-PCR 扩增引物和探针

引物和探针名称	引物和探针序列 (5' → 3')
正向引物	TGTGAGGTGGACGCGAATAG
反向引物	CGTTGATGCAGCGTGAAGAG
探针	FAM-CGGCCGGCTGGTGATCAGAGTATG-BHQ-1

注: 探针也可选用具有与 FAM 和 BHQ-1 荧光基团相同检测效果的其他合适的荧光报告基团和荧光淬灭基团组合。

7 检测方法

7.1 生物安全措施

实验操作及处理按照 GB 19489 的规定,由具备相关资质的工作人员进行相应操作。

7.2 采样及样本的处理

采样过程中样本不得交叉污染,采样及样本前处理过程中应戴一次性手套。

7.2.1 脏器组织

活体动物采用安乐死方法进行处死,剖检,无菌采集动物的肺、肝脏、脾脏、脑,剪取待检样本 2.0 g 于无菌 5 mL 离心管,加入 4 mL 灭菌 PBS,使用电动匀浆器充分匀浆 1~2 min,然后将组织悬液在 4℃、3000 r/min 离心 10 min,取上清液转入另一无菌 5 mL 离心管中,编号备用。

7.2.2 盲肠内容物或粪便

无菌采集动物盲肠内容物或粪便,取待检样本 2.0 g 于无菌 5 mL 离心管,加入 4 mL 灭菌 PBS,使用电动匀浆器充分匀浆 1~2 min,12 000 r/min 离心 10 min,取上清液转入另一无菌 5 mL 离心管中,编号备用。

7.2.3 细胞培养物

方法一:直接刮取样本接种后出现 CPE 或可疑的细胞培养物于 15 mL 离心管中,3000 r/min 离心 10 min,去上清,加 1 mL 灭菌 PBS 重悬细胞,然后将细胞悬液转移到无菌 1.5 mL 离心管中,编号备用。

方法二:将样本接种后出现 CPE 或可疑的细胞培养物反复冻融 3 次,细胞混悬液转移于 15 mL 离心管中,12 000 r/min 离心 10 min,去细胞碎片,上清液转移到无菌 15 mL 离心管中,编号备用。

7.2.4 实验动物环境

7.2.4.1 实验动物饲料、垫料和饮水

取适量实验动物饲料和垫料置于聚乙烯薄膜袋中,加入适量灭菌 PBS(饲料和垫料需全部浸泡于液体中)。密封后浸泡 5~10 min,充分混匀,将混悬液转移至 15 mL 离心管中,4℃、12 000 r/min 离心 10 min,取上清液转入另一无菌 5 mL 离心管中,编号备用。取适量实验动物饮水直接转移到无菌 5 mL 离心管中,编号备用。

7.2.4.2 实验动物设施设备

用灭菌棉拭子拭取实验动物设施设备出风口初效滤膜表面沉积物,将拭子置入灭菌 15 mL 离心管,加入适量灭菌 PBS,浸泡 5~10 min,充分混匀,取出棉拭子,将离心管于 4℃、12 000 r/min 离心 10 min,取上清液转入另一无菌 5 mL 离心管中,编号备用。

7.2.5 样本的存放

采集或处理的样本在 2~8℃条件下保存应不超过 24 h;若需长期保存,须放置-80℃冰箱,但应避免反复冻融(冻融不超过 3 次)。

7.3 样本 RNA 提取

TRIzol 对人体有害,使用时应戴一次性手套,注意防止溅出。

7.3.1 取 200 μL 处理后的样本加 1 mL TRIzol 后, 充分混匀, 室温静置 10 min 使其充分裂解。

7.3.2 按每毫升 TRIzol 加入 200 μL 氯仿, 盖紧样本管盖, 用手用力振荡摇晃离心管 15 s, 不应用涡旋振荡器, 以免基因组 RNA 断裂。室温静置 5 min。 4°C 、12 000 r/min 离心 15 min。

7.3.3 离心后混合物分成三层: 下层红色的苯酚-氯仿层, 中间层, 上层无色的水样层。RNA 存在于水样层当中, 水样层的容量大约为所加 TRIzol 容量的 60%。吸取上层水相至另一离心管中, 注意不要吸取中间界面。

7.3.4 按每毫升 TRIzol 加入 0.5 mL 异丙醇混匀, 室温放置 10 min。 4°C 、12 000 r/min 离心 10 min, 弃上清, RNA 沉淀一般形成一胶状片状沉淀附着于试管壁和管底。

7.3.5 按每毫升 TRIzol 加入 1 mL 75%乙醇, 温和振荡离心管, 悬浮沉淀。 4°C 、7500 r/min 离心 5 min, 弃上清, 将离心管倒立吸水纸上, 尽量使液体流干。

7.3.6 室温自然风干干燥 5~10 min, RNA 样本不要过于干燥。

7.3.7 用 50~100 μL 无 RNase 去离子水溶解 RNA 样本, 制备好的 RNA 应尽快进行下一步 PCR 反应; 若暂时不能进行 PCR 反应, 应于 -80°C 冰箱保存备用。

7.4 普通 RT-PCR 检测

7.4.1 RNA 逆转录

RNA 逆转录反应体系见表 3。反应液的配制在冰浴上操作, 反应条件为 37°C 、25 min; 85°C 、5 s。反应产物即为 cDNA, 立即进行下一步 PCR 反应, 若不能立即进行 PCR, cDNA 保存温度不能低于 -20°C 。长时间保藏应置于 -80°C 冰箱。10 μL 反应体系可最大使用 500 ng 的总 RNA。若使用其他公司逆转录试剂, 应按照其说明书规定的反应体系和反应条件进行操作。

表 3 RNA 反转录反应体系

试剂	用量/ μL	终浓度
5 $\times$ PrimeScript Buffer	2	1 $\times$
PrimeScript RT Enzyme Mix I	0.5	
Oligo dT Primer (50 $\mu\text{mol/L}$)	0.5	25 pmol
Random Primer 6 mers (100 $\mu\text{mol/L}$)	0.5	50 pmol
RNA 模板	5	
RNase Free dH ₂ O	1.5	
总体积	10	

7.4.2 PCR 反应

普通 PCR 反应体系见表 4。反应液的配制在冰上操作, 每次反应同时设计阳性对照、阴性对照和空白对照。其中, 以含有呼肠孤病毒 III 型的组织或细胞培养物提取的 RNA 作为阳性对照模板; 以不含有呼肠孤病毒 III 型 RNA 样本 (可以是正常动物组织或正常细胞培养物) 作为阴性对照模板; 空白对照为不加模板对照 (no template control, NTC), 即在反应中用水来代替模板。

表 4 PCR 反应体系

试剂	用量/ μL	终浓度
2×Premix Taq Mix (Loading dye mix)	10	1×
ddH ₂ O	6.4	
PCR 正向引物 (10 $\mu\text{mol/L}$)	0.8	0.4 $\mu\text{mol/L}$
PCR 反向引物 (10 $\mu\text{mol/L}$)	0.8	0.4 $\mu\text{mol/L}$
cDNA 模板	2	
总体积	20	

7.4.3 PCR 反应参数

PCR 反应参数见表 5。

表 5 普通 PCR 反应参数

步骤	温度/ $^{\circ}\text{C}$	时间	循环数
预变性	94	5 min	1
变性	95	30 s	40
退火	55	30 s	
延伸	72	30 s	
后延伸	72	5 min	1

注：可使用其他等效的一步法或两步法 RT-PCR 检测试剂盒进行，反应体系和反应参数可进行相应调整。

7.4.4 RT-PCR 产物的琼脂糖凝胶电泳检测和拍照

RT-PCR 反应结束后，取 10 μL PCR 产物在 1.5% 琼脂糖凝胶进行电泳检测。将适量 50×TAE 稀释成 1×TAE 溶液，配制含核酸染料溴化乙锭的 1.5% 琼脂糖凝胶。以 DNA 分子质量作参照。电压大小根据电泳槽长度来确定，一般控制在 3~5 V/cm，当上样染料移动到凝胶边缘时关闭电源。电泳完成后在凝胶成像系统拍照记录电泳结果。

7.5 实时荧光 RT-PCR

7.5.1 实时荧光 RT-PCR 反应体系

实时荧光 RT-PCR 反应体系见表 6。反应液的配制在冰上操作，每次反应同时设计阳性对照、阴性对照和空白对照。其中，以含有呼肠孤病毒 III 型的组织或细胞培养物提取的 RNA 作为阳性对照模板；以不含有呼肠孤病毒 III 型 RNA 样本（可以是正常动物组织或正常细胞培养物）作为阴性对照模板；空白对照为不加模板对照（no template control, NTC），即在反应中用水来代替模板。

表 6 实时荧光 RT-PCR 反应体系

反应组分	用量/ μL	终浓度
2×One Step RT-PCR Buffer III	25	1×
Ex Taq HS (5 U/ μL)	1	
PrimeScriptRT Enzyme Mix II	1	
正向引物 (10 $\mu\text{mol/L}$)	2.5	500 nmol/L
反向引物 (10 $\mu\text{mol/L}$)	2.5	500 nmol/L
探针 (5 $\mu\text{mol/L}$)	2	250 nmol/L
Rox	1	
RNA 模板	10	
无 RNase 去离子水	5	
总体积	50	

注：试剂 Rox 只在具有 Rox 荧光校正通道的实时荧光 PCR 仪上进行扩增时添加，否则用水补齐。

7.5.2 实时荧光 RT-PCR 反应参数

实时荧光 RT-PCR 反应参数见表 7。

表 7 实时荧光 RT-PCR 反应参数

步骤	温度/ $^{\circ}\text{C}$	时间	采集荧光信号	循环数
逆转录	42	5 min	否	1
预变性	95	30 s		1
变性	95	5 s		40
退火, 延伸	60	34 s	是	

注：可使用其他等效的一步法或两步法实时荧光 PCR 检测试剂盒进行，反应体系和反应参数可进行相应调整。试验检测结束后，根据收集的荧光曲线和 Ct 值判定结果。

8 结果判定

8.1 普通 PCR 结果判定

8.1.1 质控标准：阴性对照和空白对照未出现条带，阳性对照出现预期大小 (411 bp) 的目的扩增条带则表明反应体系运行正常；否则此次试验无效，需重新进行普通 PCR 扩增。

8.1.2 结果判定

8.1.2.1 质控成立条件下，样本未出现预期大小 (411 bp) 的扩增条带，则可判定样本呼肠孤病毒 III 型核酸检测阴性。

8.1.2.2 质控成立条件下，样本出现预期大小 (411 bp) 的扩增条带，则可判定样本呼肠孤病毒 III 型核酸检测阳性。

8.2 实时荧光 PCR 结果判定

8.2.1 结果分析和条件设定

直接读取检测结果，基线和阈值设定原则根据仪器的噪声情况进行调整，以阈值线刚好超过正常阴性样本扩增曲线的最高点为准。

8.2.2 质控标准

8.2.2.1 空白对照无 Ct 值, 并且无荧光扩增曲线, 一直为水平线。

8.2.2.2 阴性对照无 Ct 值, 并且无荧光扩增曲线, 一直为水平线。

8.2.2.3 阳性对照 Ct 值 ≤ 35 , 并且有明显的荧光扩增曲线, 则表明反应体系运行正常; 否则此次试验无效, 需重新进行实时荧光 PCR 扩增。

8.2.3 结果判定

8.2.3.1 质控成立条件下, 若待检测样本无荧光扩增曲线, 则判定样本呼肠孤病毒 III 型核酸检测阴性。

8.2.3.2 质控成立条件下, 若待检测样本有荧光扩增曲线, 且 Ct 值 ≤ 35 时, 则判断样本呼肠孤病毒 III 型核酸检测阳性。

8.2.3.3 质控成立条件下, 若待检测样本 Ct 值介于 35 和 40 之间, 应重新进行实时荧光 PCR 检测。重新检测后, 若 Ct 值 ≥ 40 , 则判定样本未检出呼肠孤病毒 III 型核酸。重新检测后, 若 Ct 值仍介于 35 和 40 之间, 则判定样本呼肠孤病毒 III 型可疑阳性, 需进一步进行序列测定。

8.3 序列测定

必要时, 可取待检样本扩增出的阳性 PCR 产物进行核酸序列测定, 序列结果与已公开发表的呼肠孤病毒 III 型特异性片段序列进行比对, 序列同源性在 90% 以上, 可确诊待检样本呼肠孤病毒 III 型核酸阳性, 否则判定呼肠孤病毒 III 型核酸阴性。

9 检测过程中防止交叉污染的措施

按照 GB/T 19495.2 中的要求执行。

附录 A

(规范性附录)

溶液的配制

A.1 0.02 mol/L pH7.2 磷酸盐缓冲液 (PBS) 的配制

A.1.1 A 液

0.2 mol/L 磷酸二氢钠溶液: 称取磷酸二氢钠 ($\text{NaH}_2\text{PO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$) 27.6 g, 先加适量去离子水溶解, 最后定容至 1000 mL, 混匀。

A.1.2 B 液

0.2 mol/L 磷酸氢二钠溶液: 称取磷酸氢二钠 ($\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$) 53.6 g (或 $\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$ 71.6 g 或 $\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 35.6 g), 先加适量去离子水溶解, 最后定容至 1000 mL, 混匀。

A.1.3 0.02 mol/L pH7.2 磷酸盐缓冲液 (PBS) 的配制

取 A 液 14 mL、B 液 36 mL, 加氯化钠 (NaCl) 8.5 g, 加 800 mL 无离子水溶解稀释, 用 HCl 调 pH 至 7.2, 最后定容至 1000 mL, 经 121℃ 高压灭菌 15 min, 冷却备用。

A.2 无 RNase 去离子水的配制

实验用去离子水按体积比 0.1% 加入 DEPC 摇匀, 室温静置过夜, 121℃ 高压灭菌 15 min, 冷却备用。

A.3 50×TAE 电泳缓冲液

A.3.1 0.5 mol/L 乙二胺四乙酸二钠 (EDTA) 溶液 (pH8.0)

乙二胺四乙酸二钠 ($\text{EDTA} \cdot \text{Na}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$) 18.61 g

灭菌去离子水 80 mL

5 mol/L 氢氧化钠溶液调 pH 至 8.0

灭菌去离子水加至 100 mL, 121℃、15 min 灭菌备用。

A.3.2 50×TAE 电泳缓冲液配制

羟基甲基氨基甲烷 (Tris) 242 g

冰醋酸 57.1 mL

0.5 mol/L EDTA 溶液, pH8.0 100 mL

灭菌去离子水加至 1000 mL, 121℃、15 min 灭菌备用。

用时以灭菌去离子水稀释至 1× 使用。

A.4 溴化乙锭 (EB) 溶液 (10 μg/μL)

溴化乙锭 20 mg

灭菌去离子水 20 mL

A.5 含 0.5 μg/mL 溴化乙锭的 1.5% 琼脂糖凝胶的配制

琼脂糖 1.5 g

1×TAE 电泳缓冲液加至 100 mL

混合后加热至完全融化,待冷至 50~55℃时,加溴化乙锭(EB)溶液 5 μL,轻轻晃动摇匀,避免产生气泡,将梳子置入电泳槽中,然后将琼脂糖溶液倒入电泳板。凝胶适宜厚度为 3~5 mm,需确认在梳齿下或梳齿间没有气泡,待凝固后取下梳子备用。

参考文献

- 郎书惠,贺争鸣,吴惠英. 1998. 呼肠孤病毒感染不同免疫功能状态小鼠的病理组织学研究. 实验动物科学与管理, 15 (3): 54.
- 田克恭. 1992. 实验动物病毒性疾病. 北京: 中国农业出版社: 41-45.
- 王翠娥,陈立超,周倩,等. 2014. 实验大鼠和小鼠多种病毒的血清学检测结果分析. 实验动物科学, 31 (2): 20-24.
- 徐蓓,李建平,屈霞琴,等. 1989. 上海地区实验小鼠病毒性传染病的血清学调查. 上海实验动物科学, 9 (1): 34-36.
- 殷震,刘景华. 1997. 动物病毒学(第2版). 北京: 科学出版社: 329-330.
- Bai B, Shen H, Hu Y, et al. 2014. Serological survey of a new type of reovirus in humans in China. Epidemiol Infect, 142 (10): 2155-2158.
- Bootz F, Sieber I, Popovic D, et al. 2003. Comparison of the sensitivity of in vivo antibody production tests with in vitro PCR-based methods to detect infectious contamination of biological materials. Lab Anim, 37 (4): 341-351.
- Cheng P, Lau CS, Lai A, et al. 2009. A novel reovirus isolated from a patient with acute respiratory disease. J Clin Virol, 45: 79-80.
- Jacoby RO, Lindsey JR. 1998. Risks of infection among laboratory rats and mice at major biomedical research institutions. ILAR J, 39 (4): 266-271.
- Kumar S, Dick EJ, Bommineni YR, et al. 2014. Reovirus-associated meningoencephalomyelitis in baboons. Vet Pathol, 51 (3): 641-650.
- Marty GD, Morrison DB, Bidulka J, et al. 2015. Piscine reovirus in wild and farmed salmonids in British Columbia, Canada: 1974-2013. J Fish Dis, 38 (8): 713-728.
- Mor SK, Verma H, Sharafeldin TA, et al. 2015. Survival of turkey arthritis reovirus in poultry litter and drinking water. Poultry Sci, 94 (4): 639-642.
- Ouattara LA, Barin F, Barthez MA, et al. 2011. Novel human reovirus isolated from children with acute necrotizing encephalopathy. Emerg Infect Dis, 17: 1436-1444.
- Stanley NF, Dorman DC, Ponsford J. 1953. Studies on the pathogenesis of a hitherto undescribed virus (hepato-encephalomyelitis) producing unusual symptoms in suckling mice. Aust J Exp Biol Med Sci, 31 (2): 147-159.
- Tyler KL, Barton ES, Ibach ML, et al. 2004. Isolation and molecular characterization of a novel type 3 reovirus from a child with meningitis. J Infect Dis, 189: 1664-1675.
- Waggie K, Kagiya N, Allen AM. 1994. Manual of microbiologic monitoring of laboratory animals. Bethesda: MD: NIH Publication: 99-100.
- Zhang S, Shu X, Zhou L, et al. 2016. Isolation and identification of a new reovirus associated with mortalities in farmed oriental river prawn, *Macrobrachium nipponense* (de Haan, 1849), in China. J Fish Dis, 39 (3): 371-375.
- Zhang YW, Liu Y, Lian H, et al. 2016. A natural reassortant and mutant serotype 3 reovirus from mink in China. Arch Virol, 161 (2): 495-498.